

各位

平成 23 年 6 月 10 日  
放射線取扱主任者 伴 秀一

## 機構長の指定する放射線発生装置の使用について

本機構予防規程に基づく「機構長の指定する放射線の発生をともなう機器」として、開発共用棟に設置される下記装置の使用願いを受け、同装置について、主任者検査を平成 23 年 6 月 10 日に行い、標識、自動運転表示等の放射線安全設備を確認し、平成 23 年 6 月 10 日からの使用開始を認めましたのでお知らせいたします。

機器名：電子ビーム溶接機

使用場所：開発共用棟空洞製造技術開発施設

放射線発生装置責任者：上野健治

放射線担当者：井上均

放射線区域責任者：松村 宏

放射線区域副責任者：佐々木 慎一

放射線業務担当者：穂積 憲一

性能等：最大印加電圧 150 kV，最大電流 100mA

以上

---

配布先

：機構長

：(素核研) 所長，副所長

：(物構研) 所長，副所長

：(加速器) 施設長，総主幹，各主幹

：(共通) 施設長，各センター長，管理室員，TNS

：安全衛生推進室