

各位

平成 24 年 7 月 26 日

放射線取扱主任者 佐々木 慎一

## 機構長の指定する放射線発生装置の使用について

本機構予防規程に基づく「機構長の指定する放射線の発生をともなう機器」として、東カウンターホールに設置される下記装置の使用願いを受け、同装置について、放射線取扱主任者による検査を平成 24 年 7 月 26 日に行い、標識、黄色パトライト等の放射線安全設備を確認し、平成 24 年 7 月 26 日からの使用開始を認めましたのでお知らせいたします。

機器名：ERL 開発棟・ERL 用・20kW IOT

使用場所：ERL 開発棟（東カウンターホール）フロア

放射線発生装置責任者：道園 真一郎

放射線担当者：芳賀 開一

放射線区域責任者：松村 宏

放射線区域副責任者：俵 裕子

放射線業務担当者：穂積 憲一

性能等：周波数 1.3 GHz, 20kW, 最大印加電圧 34 kV, 最大電流 1.2 A

以上

---

配布先

：機構長

：(素核研) 所長, 副所長

：(物構研) 所長, 副所長

：(加速器) 施設長, 総主幹, 各主幹

：(共通) 施設長, 各センター長, 管理室員, TNS

：安全衛生推進室