

各位

平成25年2月12日

放射線取扱主任者

佐々木 慎一

「エックス線装置」の使用について

「エックス線装置」として、下記装置の変更使用願いが平成24年8月9日付けで提出されました。同装置について、放射線安全対策を確認し、平成25年2月8日から使用開始を認めましたのでお知らせします。

- | | |
|---------------|---|
| 1. 機器名 | 高周波 X 線発生装置 SRA M18HF22 |
| 2. 使用場所 | 先端計測開発棟 102 号室 |
| 3. 当該所長等 | 山田 和芳 |
| 4. エックス線装置責任者 | 中尾 裕則 |
| 5. 当該管理区域責任者 | 飯島 和彦 |
| 6. 性能等 | 定格：18 kW
最大印可電圧：60 kV
最大電流：450 mA |

配布先

機構長 (物構研) 所長、副所長 (素核研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、各主幹

(共通) 施設長、各センター長 当該発生装置責任者

各区域放射線担当者、各研究施設事務室、管理室員、安全係