


各位

PF-AR 南実験準備棟 600kV 光陰極 DC 電子銃の使用について

平成 27 年 5 月 1 日
放射線取扱主任者
波戸 芳仁

PF-AR 南実験準備棟地下 2 階に設置されている機構長の指定する放射線発生装置「600kV 光陰極 DC 電子銃」の変更申請につきまして、3 月 18 日にインターロックおよび標識について主任者検査を行い、4 月 17 日付で使用を認めましたのでお知らせします。



当該主幹等：	小林 幸則
放射線発生装置責任者：	宮島 司
放射線担当者：	本田 融
管理区域責任者：	岸本 祐二
加速粒子：	電子
性能等：	最大印可電圧 600kV、最大ビーム電流 100nA

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、各主幹

(共通) 施設長、各センター長

当該発生装置責任者、各区域放射線担当者、管理室員、各研究施設事務室、安全衛生推進室