

各位

平成27年5月1日
放射線取扱主任者
波戸 芳仁

「エックス線装置」の使用について

「エックス線装置」として下記装置の使用願いが平成27年1月30日付けで提出されました。同装置について、3月9日に放射線安全対策を確認し、4月6日から使用開始を認めましたのでお知らせします。

- | | |
|---------------|--|
| 1. 機器名 | X線CT顕微鏡装置
(ZEISS Xradia 520 Versa と同等品) |
| 2. 使用場所 | PF-AR 実験準備棟の光学素子評価室 |
| 3. 当該主幹等 | 足立 伸一 |
| 4. エックス線装置責任者 | 木村 正雄 |
| 5. 当該管理区域責任者 | 岸本 祐二 |
| 6. 性能等 | 最大定格出力：10W
最大印加電圧：160kV |

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、主幹

(共通) 施設長、センター長

当該発生装置責任者、各区域放射線担当者、管理室員、
各研究施設事務室、安全衛生推進室