

各位

機構長の指定する放射線発生装置の使用について

平成 27 年 5 月 27 日

放射線取扱主任者

波戸芳仁

KEKB 電源棟 D1 に設置されている機構長の指定する放射線発生装置「508MHz 大電力連続波クライストロン (D1-AT)」の変更申請につきまして、5 月 27 日に安全設備、標識等について主任者検査を行い、同日付で使用を認めましたのでお知らせします。

機器名：508MHz 大電力連続波クライストロン (D1-AT)

使用場所：KEKB 電源棟 D1

当該主幹等：赤井和憲

放射線発生装置責任者：吉田正人

放射線担当者：小野正明、三増俊広

管理区域責任者：佐波俊哉

管理区域副責任者：岩瀬広

管理区域業務担当者：飯島和彦

規格・性能等：

RF 周波数 508MHz、最大 RF 出力 1.2MW、最大印可電圧 95kV、最大電流 21A

---

配布先

機構長、(素核研)所長、副所長(物構研)所長、副所長(加速器)施設長、各主幹、(共通)施設長、各センター長、当該発生装置責任者、各区域放射線担当者、管理室員、各研究施設事務室、安全衛生推進室