

各位

令和3年1月14日  
放射線取扱主任者  
波戸 芳仁

「エックス線装置」の使用について

「エックス線装置」として下記装置の使用願が令和2年12月25日付けで提出されました。同装置について、令和3年1月12日及び14日に放射線安全対策を確認し、令和3年1月14日から使用開始を認めましたのでお知らせします。

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. 機器名        | ATLAS実験用シリコン検出器の性能評価に用いる<br>エックス線照射装置 |
| 2. 使用場所       | 富士実験棟 B4                              |
| 3. 当該所長等      | 徳宿 克夫                                 |
| 4. エックス線装置責任者 | 外川 学                                  |
| 5. 当該管理区域責任者  | 萩原 雅之                                 |
| 6. 性能等        | 最大印加電圧：50kV<br>最大電流：80 $\mu$ A        |

---

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、各主幹

(共通) 施設長、各センター長

当該発生装置責任者、当該区域放射線担当者、管理室員、  
各研究施設事務室、安全衛生推進室