

各位

令和 4 年 3 月 1 日
放射線取扱主任者

測定器開発テストビームラインの使用開始について

令和 4 年 9 月 13 日付けで原子力規制委員会より承認された変更申請に基づき、大強度放射光リング (PF-AR) 南実験棟内に、「測定器開発テストビームライン」が設置されました。当該装置は、本機構予防規程に基づく「放射線発生装置に付随する二次ビームライン」として、令和 4 年 1 月 26 日付けで許可を受けました。許可の条件である同装置についての放射線安全設備の検査を令和 4 年 2 月 24 日に実施し、その後マニュアルと使用記録について確認を行い、令和 4 年 3 月 3 日より使用開始を認めましたのでお知らせ致します。

機器名：測定器開発テストビームライン

使用場所：PF-AR 南実験棟実験ホール地下 1 階ステージ

放射線発生装置責任者：花垣 和則


放射線担当者：長橋 進也

放射線区域責任者：吉田 剛

放射線区域副責任者：坂木 康仁

放射線業務担当者：大山 隆弘

性能等：電子 (最大出力 3 GeV · 1.3×10^7 electrons/h 相当)



- ・ 測定器開発テストビームライン配置図 (PF-AR 南実験棟 B1F)
- ・ 赤斜線領域はビーム入射時立入禁止

配布先

機構長

(管理局) 施設部長、施設企画課長、整備管理課長、安全衛生推進室

(素核研) 所長、副所長、事務室

(加速器) 施設長、各主幹、事務室

(物構研) 所長、副所長、事務室

(共通) 施設長、各センター長、事務室、放射線受付

(QUP) 拠点長、副拠点長

(担当者) 当該発生装置管理責任者、同作業責任者、各区域放射線担当者、
管理室員