


各位

機構長の指定する放射線発生装置の運転許可のお知らせ
「JHF-DTL3 大電力クライストロン」

平成 15 年 4 月 30 日
放射線取扱主任者

平成 15 年 4 月 24 日付けで設置が承認された下記の「機構長の指定する放射線発生装置」に対して、運転開始前の放射線取扱主任者による検査を 4 月 30 日に行ないました。設置場所の区画、標識、注意書、装置の遮蔽、黄色パトライトによる運転表示設備を確認し、また、機器周辺の放射線線量率の測定を行い、運転に際して放射線安全上問題がないことが認められたため、同日付で使用開始を許可しましたのでお知らせ致します。

1. 機器名 「JHF-DTL3 大電力クライストロン」
2. 使用場所 大強度陽子リニアック棟 クライストロンギャラリー内 JHF-DTL3 ステーション (図の)
3. 当該主幹 小林仁
4. 発生装置管理責任者 福田茂樹
5. 放射線担当者 野口修一
6. 放射線管理区域責任者 中尾徳晶
7. 放射線管理区域業務担当者 豊田晃弘
8. 性能 最大印加電圧 110kV, 最大電流 51A (750 μ s), 1.9 μ A (平均)



配布先： 機構長、所長、副所長、

(加速器) 施設長、総主幹、各主幹、第 6 区域一般安全許可者 (10 人)

(共通) 施設長、各センター長、各区域放射線担当者、管理室員、安全係