

各位

平成 16 年 3 月 10 日

放射線取扱主任者

柴田 徳思

「機構長の定める発生装置」の設定について

下記の「機構長の指定する発生装置」設置に伴う使用前の機構内検査を 3 月 10 日に行ない、3 月 10 日付けで運転許可いたしましたのでお知らせします。

1. 機器名 JHF 50 GeV リング遅い取り出し用静電セプトラムモデル
2. 使用場所 超伝導・低温・真空実験棟 小実験室 2 東側一部(図)
3. 当該主幹
4. 発生装置管理責任者 富澤正人
5. 放射線担当者 新垣良次
6. 放射線管理区域責任者 伊藤 寛
7. 性能 最大印加電圧 300kV, 最大電流 1mA




図 ( 斜線内 : 管理区域 )

配布先

機構長、安全係(素核研)所長、副所長、(物構研)所長、副所長、(加速器)施設長、総主幹、各主幹、(共通)施設長、各センター長、各区域放射線担当者、管理室員