


各位

平成23年8月24日
放射線取扱主任者
伴 秀一

デジタル加速器の主任者検査について

「デジタル加速器の新設」の承認を受けましたデジタル加速器の運転前主任者検査を2011年7月19日に実施しました。検査項目は標識、パトライト、インターロック（ドア、鍵、放射線モニター）及び必要書類について行われました。検査の結果合格となり、同日をもちまして試運転開始の許可を出しましたのでお知らせします。PS施設にインターロックが復旧しましたのでご注意ください。

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. 機器名 | デジタル加速器 |
| 2. 使用場所 | 陽子加速器施設ブースターリング室 |
| 3. 当該施設長等 | 生出 勝宣 |
| 4. 発生装置責任者 | 高山 健 |
| 5. 放射線担当者 | 高山 健 |
| 6. 当該管理区域責任者 | 飯島 和彦 |
| 副責任者 | 佐々木 慎一 |
| 業務担当者 | 飯島 和彦 |



デジタル加速器全体図

配布先

機構長 (素核研) 所長、副所長 (物構研) 所長、副所長
(加速器) 施設長、総主幹、各主幹
(共通) 施設長、各センター長 当該発生装置責任者
各区域放射線担当者、各研究施設事務室、管理室員、安全係