


各位


平成 24 年 2 月 23 日
放射線取扱主任者
伴 秀一

STF の使用開始について

9 月 28 日付で承認を得ている STF（最大エネルギー 75 MeV、最大ビーム出力 2500 W）の使用開始について、2 月 23 日に管理区域設定、標識、インターロックおよび表示に関して主任者検査を行い、同日付で変更使用を認めましたのでお知らせします。



地上部管理区域



地下トンネル発生装置室

配布先

機構長、所長、施設長、主幹、センター長、放射線管理室員、安全衛生推進室