

各位

機構長の指定する放射線発生装置の使用について

平成 24 年 8 月 13 日

放射線取扱主任者

佐々木 慎一

本機構予防規定に基づく「機構長の指定する放射線の発生をともなう機器」として、ミュオン第 2 実験室に設置される下記装置の使用願いを受け、同装置について放射線主任者による検査を平成 24 年 8 月 13 日に行い、使用方法、放射線安全対策を確認し、平成 24 年 8 月 13 日からの使用開始を認めましたのでお知らせいたします。

機器名	: 静電セプトム試験装置
使用場所	: ミュオン第 2 実験室
放射線発生装置責任者	: 富澤正人
放射線担当者	: 高山 健
放射線区域責任者	: 飯島和彦
放射線区域副責任者	: 俵 裕子
放射線業務担当者	: 飯島和彦
規格、性能等	: 真空チェンバー、セプトムヨーク、電極、高電圧フィードスルー 最大印加電圧 200kV 最大電流 1mA

配布先 : 機構長
: (素核研) 所長、副所長、各施設放射線担当者
: (物構研) 所長、副所長、各施設放射線担当者
: (加速器) 施設長、総主幹、各主幹、各施設放射線担当者
: (共通) 施設長、各センター長、管理室員、TNS
: 安全衛生推進室、各研究系事務室