

各位

平成25年3月22日

放射線取扱主任者

佐々木 慎一

「エックス線装置」の使用について

「エックス線装置」として下記装置の使用願いが平成25年2月8日付けで提出されました。同装置について、放射線安全対策を確認し、平成25年3月22日から使用開始を認めましたのでお知らせします。

- | | |
|---------------|---|
| 1. 機器名 | 卓上型回転陰極式 X 線発生装置
(Rigaku MicroMax-007HF) |
| 2. 使用場所 | 放射光科学研究施設研究棟 X 線準備室 |
| 3. 当該所長等 | 山田 和芳 |
| 4. エックス線装置責任者 | 熊井 玲児 |
| 5. 当該管理区域責任者 | 穂積 憲一 |
| 6. 性能等 | 最大定格出力 : 1.2 kW
最大印加電圧 : 60 kV
最大電流 : 65 mA |

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、主幹

(共通) 施設長、センター長

当該発生装置責任者、各区域放射線担当者、管理室員、
各研究施設事務室、安全衛生推進室