

各位

## AR 東第 2 実験棟 横型クライオスタットならびに縦型クライオスタットの 使用について


平成 28 年 6 月 16 日

放射線取扱主任者

波戸 芳仁

PF-AR 東第 2 実験棟に設置されている機構長の指定する放射線発生装置「AR 東第 2 実験棟 横型クライオスタットならびに縦型クライオスタット」の使用申請につきまして、6 月 16 日にインターロックおよび標識について主任者検査を行い、6 月 16 日付で使用を認めましたのでお知らせします。

### PF-AR 東第 2 実験棟



当該主幹等： 道園 真一郎  
放射線発生装置責任者： 梅森 健成  
放射線担当者： 本田 融、小菅 隆  
管理区域責任者： 岸本 祐二  
装置等： 超伝導 RF 空洞  
性能等： 最大印可電圧 50MV

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、各主幹

(共通) 施設長、各センター長

当該発生装置責任者、各区域放射線担当者、管理室員、各研究施設事務室、安全衛生推進室