

各位


平成 29年2月10日
放射線取扱主任者
波戸 芳仁

AR直接入射路(ARBT)の使用開始について

平成28年11月30日付で許可された放射線取扱施設変更申請に基づき、AR直接入射路について放射線取扱主任者による機構内検査を平成29年1月26日に実施し、発生装置室に係わる扉、非常停止、自動運転表示、放射線モニター等の安全管理設備と遮蔽、区画、標識、表示を確認しました。平成29年2月10日より、下記変更による運用が開始されますのでお知らせします。

1. 場所：直線加速装置入射路(BT)
(うちAR直接入射路部分)
2. 主幹等：赤井 和憲、小磯 晴代
3. 放射線担当者：小野 正明、三増 俊宏
4. 放射線管理区域責任者：佐波 俊哉
5. 放射線管理区域副責任者：岩瀬 広
6. 放射線業務担当者：穂積 憲一
7. 変更内容：

AR直接入射トンネル上流部、下流部、D7共同溝(右図参照)に放射線管理区域(放射線発生装置室)を設定。運転中は立ち入り禁止



配布先

機構長、(管理局)施設部長、施設企画課、整備管理課、安全衛生推進室、広報室
(素核研) 所長、副所長 (物構研) 所長、副所長 (加速器) 施設長、主幹
(共通) 施設長、センター長、各区域放射線担当者、各研究施設事務室、放射線管理室員