

各位

PF-AR 南実験準備棟 600kV 光陰極 DC 電子銃の使用について

平成 29 年 3 月 16 日

放射線取扱主任者

波戸 芳仁

PF-AR 南実験準備棟地下 2 階に設置されている機構長の指定する放射線発生装置「600kV 光陰極 DC 電子銃」の変更申請につきまして、3 月 15 日にインターロックおよび標識について主任者検査を行い、同日付けで使用を認めましたのでお知らせします。

当該主幹等： 小林 幸則
放射線発生装置責任者： 宮島 司
放射線担当者： 本田 融、宮内 洋司、小菅 隆
管理区域責任者： 岸本 祐二
管理区域副責任者： 飯島 和彦
管理区域業務担当者： 大山 隆弘
加速粒子： 電子
性能等： 最大印可電圧 600kV、最大ビーム電流 1 μ A

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、各主幹

(共通) 施設長、各センター長

当該発生装置責任者、各区域放射線担当者、管理室員、各研究施設事務室、安全衛生推進室