

各位

平成 29 年 4 月 4 日
放射線取扱主任者
波戸 芳仁

「エックス線装置」の使用について

「エックス線装置」として下記装置の使用願いが平成 29 年 1 月 18 日付けで提出されました。同装置について、放射線安全対策を確認し、平成 29 年 4 月 4 日から使用開始を認めましたのでお知らせします。

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. 機器名 | 小型 X 線回折装置 (MiniFlex600) |
| 2. 使用場所 | PF-AR 実験準備棟光学素子評価室 |
| 3. 当該所長等 | 山田和芳 |
| 4. エックス線装置責任者 | 木村正雄 |
| 5. 当該管理区域責任者 | 岸本祐二 |
| 6. 性能等 | 最大印加電圧：40kV
最大電流：15mA |

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、各主幹

(共通) 施設長、各センター長

当該発生装置責任者、各区域放射線担当者、管理室員、
各研究施設事務室、安全衛生推進室