


各位

2024年9月24日  
放射線取扱主任者  
佐波俊哉

(エックス線発生装置) 高周波 X 線発生装置 (SRA M18XHF22) の変更使用について

下記装置について、放射線取扱主任者による機構内検査を2024年9月9日及び2024年9月12日に実施し、放射線安全対策を確認し、2024年9月12日付けで使用開始を認めましたのでお知らせします。

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| (1) 機器名        | 高周波 X 線発生装置 (SRA M18XHF22) |
| (2) 使用場所       | 先端計測開発棟 1F 102 号室          |
| (3) 当該所長等      | 雨宮健太                       |
| (4) エックス線装置責任者 | 中尾裕則                       |
| (5) 当該管理区域責任者  | 岸本祐二                       |
| (6) 性能等        | 最大印加電圧：60kV、 最大電流：450mA    |
| (7) 備考         | 核燃料物質の使用は廃止                |



設置場所

配布先

機構長

(管理局) 施設企画課、整備管理課、安全衛生推進室

(素核研) 所長、副所長、事務室

(物構研) 所長、副所長、事務室

(加速器) 施設長、各主幹、事務室

(共通) 施設長、各センター長、事務室、放射線受付

(QUP) 拠点長、副拠点長

(担当者) 当該発生装置管理責任者、各区域放射線担当者、管理室員