

各位

加速器研究施設・テストリニアックの運転について

平成 15 年 1 月 8 日

放射線取扱主任者

柴田徳思

第 4 区域、電子陽電子入射器棟テストホールにおける「加速器研究施設・テストリニアック」に関する変更申請が平成 14 年 12 月 27 日付けで承認されました。平成 15 年 1 月 6 日に「加速器研究施設・テストリニアック」の遮蔽、平成 15 年 1 月 8 日にインターロック等について検査を行い、機器の正常動作並びに放射線安全が確認されたことにより、平成 15 年 1 月 8 日付けで運転を許可しましたのでお知らせいたします。

当該主幹等	: 榎本収志
放射線発生装置責任者	: 榎本収志
放射線担当者	: 小川雄二郎
放射線区域責任者	: 佐波俊哉
放射線業務担当者	: 高橋一智
性能等	: 加速粒子 電子、最大エネルギー 50MeV、最大出力 1GeV・ μ A

配布先 : 機構長、所長、副所長
: (素核研)所長、副所長
: (物構研)所長、副所長、各主幹、栗原
: (加速器)施設長、総主幹、各主幹、小川、設楽
: (共通)施設長、各センター長、近藤、各区域放射線担当者、管理室員、TNS
: 安全係、各研究系事務室