

各位


平成 23 年 11 月 24 日

放射線取扱主任者

伴 秀一

ATF におけるインターロック変更について

9 月 28 日付で承認を得ている ATF のインターロック変更について、11 月 24 日にインターロックおよび表示に関して主任者検査を行い、同日付で変更使用を認めましたのでお知らせします。変更内容は、L1 モードと呼ばれる ATF 入射器の 150 MeV 運転時にダンピングリング室およびファイナルフォーカス室に入室可能とすることです。



配布先

機構長、所長、施設長、主幹、センター長、放射線管理室員、安全衛生推進室