

各位

(赤字部訂正) 令和8年9月11日

令和8年9月7日


放射線取扱主任者

佐波 俊哉

<<差替>> 北カウンターホールに設置されたエックス線発生装置の変更使用について

北カウンターホールに設置されたエックス線発生装置の変更申請に伴い、放射線取扱主任者による検査を令和8年6月23日および令和8年9月7日に行い、令和8年9月7日付けで使用開始を認めましたので、お知らせいたします。

- ・ 装置名：X線透過装置 μ B1000
- ・ 使用場所：北カウンターホール2階小実験準備室2
- ・ 放射線発生装置責任者：渡邊 丈晃
- ・ 放射線担当者：田中 伸晃
- ・ 放射線区域責任者：吉田 剛
- ・ 性能等：定格出力 3kW, 最大印加電圧 60 kV
- ・ 最大電流 60mA



以上

配布先

機構長

(管理局) 施設部長、施設企画課長、整備管理課長、安全衛生推進室

(素核研) 所長、副所長、事務室

(物構研) 所長、副所長、事務室

(加速器) 施設長、各主幹、事務室

(共通) 施設長、各センター長、事務室

(QUP) 拠点長、事務室

(担当者) 当該発生装置管理責任者、各区域放射線担当者、管理室員